



SIA "Vides audits" laboratorija
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006
tālr.: 67556152, fakss: 67545146
www.videsaudits.lv
info@videsaudits.lv



EN ISO/IEC 17025
T-261

17.08.2021

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 3486-03.08-21

1. Informācija par pasūtītāju

Pasūtītājs: Ūdensnesējs serviss, SIA

Adrese: Augstrozes iela 1c, Rīga, LV-1026

Tālrunis: 67231215; 29637964

2. Pasūtītāja informācija par paraugiem:

Objekts: Depo iela 11A, Ventspils attīrīšanas iekārtas

Paraugu ņemšanas datums: 02.08.2021, plkst. 12:00

N.p.k.	Ņemšanas vieta	Parauga veids
1	Notekūdens pirms attīrīšanas	notekūdens

3. Paraugu apraksts

N.p.k.	Trauka veids	Daudzums
1	plastmasas un stikla pudeles	1,5L+1L

Paraugu pieņemšanas datums: 03.08.2021

Testēšanas rezultāti

Testēšanas izpildes sākuma/beigu datums: 03.08.2021/17.08.2021

Nosakāmais rādītājs	Mērv.	Rezultāts	Rezultāta ~ nenoteiktība	Testēšanas metodes Nr.
1. paraugs - Notekūdens pirms attīrīšanas				
Suspendētās vielas	mg/L	87	9	LVS EN 872:2005
Anjonās virsmas aktīvās vielas, SVAV- anj.	mg/L	0.27	0.03	LVS ISO 7875-1:1996 LVS ISO 7875-1/TC1:2003
Ķīmiskais skābekļa patēriņš, KSP	mg/L	1800	180	ISO 15705:2002
Naftas ogļūdeņraži	g/L	380	34	US EPA Meth.1664B:2010

~ uzdotā nenoteiktība ir paplašinātā nenoteiktība, kas aprēķināta, izmantojot A tipa (statistisko) pieeju un pārklāšanās koeficientu 2, kurš nodrošina 95% ticamības līmeni. Rezultāti, kas mazāki par metodes noteikšanas robežu (MDL), uzdoti ar zīmi "<". Skaitlis, kas atrodas aiz zīmes "<", ir vienāds ar MDL.

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem paraugiem!

Paraugu ņemšanu veicis pasūtītājs.

Testēšanas laboratorija nav atbildīga par pasūtītāja sniegtajām ziņām p.2.

Laboratorijas vadītāja: Zeltīte Strazda

Bez SIA "Vides audits" laboratorijas rakstiskas atļaujas testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā ir aizliegta!

Rezultāti ir sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.

Testēšanas pārskats Nr. 3486-03.08-21